

RICHIESTE DI CHIARIMENTI PERVENUTE

RICHIESTA DI CHIARIMENTI N.1

E' pervenuta la richiesta di conoscere la marca, il modello e l'anno d'acquisto degli analizzatori e se siano presenti solo quelli per polveri ed SO₂ e la meteo o se siano presenti anche altri analizzatori.

RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI CHIARIMENTI N.1

L'ordine di acquisizione della stazione risale al giugno 2005, con consegna fine dicembre 2005 e inizio operatività gennaio 2006. Nel maggio 2012 è stata fatta una manutenzione completa da parte del Fornitore SARTEC sia del veicolo che delle apparecchiature.

A bordo sono installate le seguenti apparecchiature di misura:

1. Analizzatori di biossido di zolfo SO₂, idrogeno solforato H₂S, ossidi di azoto NO_x, anidride carbonica CO₂, monossido di carbonio CO;
2. Misuratore/campionatore di polveri;

L'anno di acquisto è il 2006 Si riportano di seguito marca e modello:

1 Analizzatore SO ₂ :	SARTEC ANALYZER MODEL 100E
2 Analizzatore H ₂ S:	SARTEC ANALYZER MODEL 101E
3 Analizzatore NO _x	SARTEC ANALYZER MODEL 200E
4 Analizzatore CO	SARTEC ANALYZER MODEL 300E
5 Analizzatore CO ₂	SARTEC ANALYZER MODEL 360E
6 Misuratore di polveri pm ₁₀ /pm _{2,5}	OP SIS SM 200
7 Campionatore Gas	TECORA M BRAVO PLUS

RICHIESTA DI CHIARIMENTI N.2

E' pervenuta la richiesta di sapere se nel pc sia installato anche il software di gestione.

RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI CHIARIMENTI N.2

Si, nel PC è installato anche il software.